

# TERM OF REFERENCE (TOR) BARANG




No. PR: CBT/PR-26/INV/0508

## 1. TUJUAN PENGADAAN

Sebagai alat untuk menganalisa senyawa anorganik secara spektrofotometer UV-Vis.

Kebutuhan pengadaan untuk kegiatan portofolio Laboratorium **Cabang Balikpapan, Cabang Pekanbaru, Cabang Pontianak, dan Cabang Tarakan.**

## 2. SPESIFIKASI TEKNIS

Nama barang <sup>a)</sup>	<b>Spectrophotometer UV-Vis</b>
Merk	Hitachi/Merck
Type	U2900
Persyaratan tambahan	- Optical system : Double beam - Wavelength range : 190 to 1,100 nm - Spectral bandpass : 1.5 nm - Power Supply : 100, 115, 220, 230 or 240 V, 50/60 Hz - Power Consumption : 300 VA Sudah Termasuk Perangkat Komputer
Jumlah	4 Unit
Gambar	

## SYARAT-SYARAT UMUM BAGI PENYEDIA EKSTERNAL \*\*\*)

### 1 Keagenan

Penyedia Eksternal merupakan distributor/dealer/agen yang ditunjuk resmi oleh pabrik atau pemegang hak cipta untuk pemasaran di Indonesia yang dibuktikan dengan surat resmi penunjukan dari distributor tunggal.

### 2 Pengalaman Implementasi

Penyedia Eksternal berpengalaman dalam instalasi dan implementasi dengan melampirkan referensi-referensi dari perusahaan lain yang menggunakan alat tersebut.

### 3 Pelayanan Purna Jual/ Maintenance

Penyedia Eksternal harus memberikan garansi selama 12 bulan/1 tahun sejak dibuatnya Berita Acara Uji Coba.

Yang dimaksud dengan garansi adalah:

- Garansi suku cadang selama 12 bulan/1 tahun dan service selama 12 bulan/1 tahun;
- Tersedianya suku cadang;
- Tersedianya teknisi yang berpengalaman dan tercatat sebagai pegawai tetap, untuk perbaikan alat dan sanggup datang segera jika diperlukan;
- Selama masa garansi bila perbaikan-perbaikan dilakukan diluar SUCOFINDO dalam jangka waktu yang cukup lama, maka pemasok berkewajiban untuk meminjamkan peralatan pengganti, supaya operasional SUCOFINDO tidak terganggu.