

1. TUJUAN PENGADAAN

Untuk memperbaiki hotplate, scrubber, dan blower yang rusak agar dapat berfungsi normal kembali.

2. SPESIFIKASI TEKNIS, JUMLAH DAN PERKIRAAN HARGA **)

Nama jasa ^{a)}	Jasa Perbaikan Hotplate MP-110
Ruang lingkup jasa:	Perbaikan Hotplate MP-110
Spesifikasi jasa:	Penggantian spareparts
Persyaratan tambahan	-
Jumlah	1 Paket

Uraian	Qty
Penggantian Heater Element UL	4 Pcs
Penggantian Thermocouple type K	1 Pcs
Penggantian Contractor	1 Pcs
Penggantian Glass Wool	1 Box

Nama jasa ^{a)}	Jasa Perbaikan Scrubber
Ruang lingkup jasa:	Perbaikan Scrubber No 2 (tengah)
Spesifikasi jasa:	Penggantian spareparts
Persyaratan tambahan	-
Jumlah	1 Paket

Uraian	Qty
Penggantian Motor Blower	1 Unit
Penggantian Dosing Pump	1 Unit
Penggantian Control PH Meter	1 Unit

Penggantian Pompa Sirkulasi Magnetic Trundean	1 Unit
Penggantian Filter Ball 300 Buah	1 Set
Pengecatan Body	1 Unit
Pembuatan Pipa Ducting	1 Set
Penggantian Filter Spray	1 Unit

Nama jasa ^{a)}	Jasa Perbaikan Blower Ruang XRF	
Ruang lingkup jasa:	Perbaikan Blower	
Spesifikasi jasa:	Penggantian spareparts	
Persyaratan tambahan	-	
Jumlah	1 Paket	

Uraian	Qty
Motor Blower 2.2 kW, 3 HP, 2950 RPM	1 Unit

3. BATASAN WAKTU/ JADWAL PENGADAAN

Pemenuhan pengadaan/pekerjaan diterima tanggal: **30 Juli 2026**

Alokasi pemenuhan Pengadaan untuk Fungsi/Bidang/Bagian: Laboratorium SBU Mineral Cibitung

PIC pengajuan/proses Pengadaan: Nonong Mutia, Indriani