

TERM OF REFERENCE (TOR) BARANG




No. PR: CBT/PR-26/INV/0511

1. TUJUAN PENGADAAN

Sebagai alat pengukur kedalaman air.

Kebutuhan pengadaan untuk kegiatan portofolio Laboratorium **Cabang Samarinda**.

2. SPESIFIKASI TEKNIS

Nama barang ^{a)}	Water Level Meter
Merk	Lokal
Type	-
Persyaratan tambahan	Durable PVDF non-stretch tape Improved electrical properties Thicker dog bone design prevents clinging to sides of the well Permanently laser marked every 1/100 ft or each mm The PVDF flat tape is laser marked every 1/100 ft or each mm; lengths up to 5000 ft (1500 m). New flat tape has increased tensile strength and electrical efficiency by using 6 strands of copper coated stainless steel and 13 strands of stainless steel in each conductor. The P7 Water Level Meter Probe is engineered to allow submersion to 1000 ft. (300 m). Sensor at the tip of the probe provides consistently accurate measurements in wells, boreholes, and cascading water, with almost zero displacement.
Gambar	
Jumlah	1 Unit

TERM OF REFERENCE (TOR) BARANG




No. PR: CBT/PR-26/INV/0511

1. TUJUAN PENGADAAN

Sebagai pengukur parameter pH, suhu, DO, TDS, Konduktivitas, Salinitas, ORP air permukaan atau air laut.

Kebutuhan pengadaan untuk kegiatan portofolio Laboratorium SBU Laboratorium sub bagian AKL (2 unit), Cabang Semarang (2 unit), Cabang Balikpapan, Cabang Bandar Lampung, Cabang Banjarmasin, Cabang Makassar, Cabang Pontianak, Cabang Sangatta, Cabang Tarakan, dan Cabang Timika.

2. SPESIFIKASI TEKNIS

Nama barang ^{a)}	Water Quality Checker Multiparameter ✓
Merk	HORIBA/HACH ✓
Type	WQC 330 PCD
Persyaratan tambahan	-) Include calibration solution for all parameters -) Include certificate calibration for all parameters from accredited laboratory by KAN -) Include carrying case
Gambar	
Jumlah	12 Unit

SYARAT-SYARAT UMUM BAGI PENYEDIA EKSTERNAL *)**

1 Keagenan

Penyedia Eksternal merupakan distributor/dealer/agen yang ditunjuk resmi oleh pabrik atau pemegang hak cipta untuk pemasaran di Indonesia yang dibuktikan dengan surat resmi penunjukan dari distributor tunggal.

2 Pengalaman Implementasi

Penyedia Eksternal berpengalaman dalam instalasi dan implementasi dengan melampirkan referensi-referensi dari perusahaan lain yang menggunakan alat tersebut.

3 Pelayanan Purna Jual/ Maintenance

Penyedia Eksternal harus memberikan garansi selama 12 bulan/1 tahun sejak dibuatnya Berita Acara Uji Coba.

Yang dimaksud dengan garansi adalah:

- Garansi suku cadang selama 12 bulan/1 tahun dan service selama 12 bulan/1 tahun;
- Tersedianya suku cadang;
- Tersedianya teknisi yang berpengalaman dan tercatat sebagai pegawai tetap, untuk perbaikan alat dan sanggup datang segera jika diperlukan;
- Selama masa garansi bila perbaikan-perbaikan dilakukan diluar SUCOFINDO dalam jangka waktu yang cukup lama, maka pemasok berkewajiban untuk meminjamkan peralatan pengganti, supaya operasional SUCOFINDO tidak terganggu.