


TUJUAN PENGADAAN

Untuk pemanasan sample melalui proses digest sebelum dilakukan analisa atau instrumentasi AA, ICP OES, maupun ICP MS.

SPESIFIKASI TEKNIS, JUMLAH DAN PERKIRAAN HARGA **)

Nama barang ^{a)}	Hotplate
Merk	Bestech - \
Type	
Persyaratan tambahan	Top Plate Size: 50 x 70 cm Top Plate Material: Alumunium High Grade, Tebal 20 mm Body and Casing: Stainless Steel SUS 316 Thicknes Grade 2 mm Temp. Range: Up to 350°C Temp. Control: Remote Digital Control Merk Omron Heater Power Cap: 1100 watt x 3 pcs 1 phase, 220 V

	
Jumlah	2

Nama barang a)	Analytical Balance
Merk	Precisa-Swiss/Series 520 PB 220 A
Type	Series 520 PB 220 A
Persyaratan tambahan	<p>Capacity : 220gr Readability : 0,1mg Repeatibility : 0,1mg Min weight : 20,0mg Linearity : 0,2mg Pan size : Ø90 mm Class : I/1mg Response time : 2s Item no: 520-9222-002</p>  <p>Disampaikan sertifikat kalibrasi timbangan</p>
Jumlah	2

BATASAN WAKTU/ JADWAL PENGADAAN

Pemenuhan pengadaan/pekerjaan diterima tanggal : 05 April 2024

Alokasi pemenuhan Pengadaan untuk Fungsi/Bidang/Bagian : Mineral Processing dan Analisa bahan Tambang Laboratorium Mineral PT Sucofindo Cibitung