

TERM OF REFERENCE (TOR) BARANG



No. PR: CBT/PR-26/INV/0496

1. TUJUAN PENGADAAN

Sebagai alat penunjang analisa parameter uji formaldehyde, BPA Free, Chromium Hexavalent pada contoh uji tekstil, material isolasi panas, kemasan pangan, alat makan dan minum, kulit.

Kebutuhan pengadaan untuk kegiatan portofolio Laboratorium **SBU Laboratorium sub bagian AKU**.

2. SPESIFIKASI TEKNIS

Nama barang ^{a)}	Arc HPLC QS Alliance XA PDA FLR
Merk	Waters
Type	QS 2695 XE sep Mod w/CH (Blue)
Persyaratan tambahan	(1) Main unit : ➢ QS 2695 XE sep Mod w/CH (Blue) (176269511) ➢ Alliance (B) Series Bottle Tray (176003104) (2) Detector : ➢ Qs 2998 PDA Det w/ICS (Blue) (176299802) ➢ QS 2475 Multi Fluorescence Detector with Flowcell ➢ 2414 Refractive Index Detector (3) Software : Empower QS 2695 (4) Colomn : 1. Sunfire C18 5 um 4.6 mm x 250 mm (3 pcs) 2. Betasil C18 5 um 2.1 mm x 50 mm (1 pcs) 3. Zorbax XDB-C8 5um 2.1 mm x 12.5 mm (1pcs) (5) Computer : Dell optiplex 7010T, core i5-13500/6GB DDR4/1TB SSD/DVDRW/Wi Fi/Win-11/ E2020H (6) Printer Epson L1210 inkjet Colour
Jumlah	Jaminan ketersediaan sparepart minimal 10 tahun. 2 Unit

I. SYARAT-SYARAT UMUM BAGI PENYEDIA EKSTERNAL ***)

I.1 Keagenan

Penyedia Eksternal merupakan distributor/dealer/agen yang ditunjuk resmi oleh pabrik atau pemegang hak cipta untuk pemasaran di Indonesia yang dibuktikan dengan surat resmi penunjukan dari distributor tunggal.

I.2 Pengalaman Implementasi

Penyedia Eksternal berpengalaman dalam instalasi dan implementasi dengan melampirkan referensi-referensi dari perusahaan lain yang menggunakan alat tersebut.

I.3 Pelayanan Purna Jual/ Maintenance

Penyedia Eksternal harus memberikan garansi selama 24 bulan/2 tahun sejak dibuatnya Berita Acara Uji Coba.

Yang dimaksud dengan garansi adalah:

- Garansi suku cadang selama 24 bulan/2 tahun dan service selama 24 bulan/2 tahun;
- Tersedianya suku cadang;
- Tersedianya teknisi yang berpengalaman dan tercatat sebagai pegawai tetap, untuk perbaikan alat dan sanggup datang segera jika diperlukan;
- Selama masa garansi bila perbaikan-perbaikan dilakukan diluar SUCOFINDO dalam jangka waktu yang cukup lama, maka pemasok berkewajiban untuk meminjamkan peralatan pengganti, supaya operasional SUCOFINDO tidak terganggu.