

Nomor : CBT/SPPH26/FF/06.10

Tanggal : 02 Juni 2026


**Kepada Yth,  
Penyedia Eksternal PT Sucofindo  
Ditempat**



**Perihal** : Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH)

Dengan Hormat,

Bersama ini disampaikan permintaan penawaran harga dari Perusahaan Saudara atas barang/pekerjaan yang akan kami adakan sebagaimana terinci dalam uraian barang/pekerjaan sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG/JASA	PERSYARATAN TAMBAHAN	QTY	SATUAN
1	Meja Timbangan	<p>Brand: Lokal(custom) / Labolytic                      Berat: 300 kg                      Dimensi: 80x75x85 (H) cm                      Struktur meja : besi 75x75 mm thickness 3 mm                      Worktop : granit tebal 10 cm                      Pemberat : granit                      Komplit dengan : karet anti getaran dan Laveling screws at the base                      Elecctrical socket: electricl socket housing                      Socket housing: with PVC socket housing                      Electrical supply: 3 phase 380 V 16 A 4 x 2,5 mm</p> 	2	unit
2.	Dehumidifier	<p>Brand: Krisbow                      Kapasitas Dehumidifikasi: 105 Liter / hari                      • Cakupan Area: 105 – 210 <math>(m^2)</math>                      • Aliran Udara (Airflow): 520 <math>(m^3)</math>/jam                      • Konsumsi Daya: 1.160 Watt                      Berat Unit: 52 kg (Dilengkapi roda swivel untuk mobilitas)                      Fitur Utama:</p>	1	Unit

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem kontrol elektronik presisi</li> <li>• Filter udara yang dapat dicuci (mencegah kontaminasi debu ke sampel)</li> <li>• Kompresor bertenaga tinggi untuk penggunaan 24 jam nonstop</li> </ul> 		
3	Defibrilator Analyzer Impulse	<p>Brand: Fluke Biomedical Model: Impulse 6000DP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatible Defibrilator Waveshapes</li> <li>• Lown</li> <li>• Edmark</li> <li>• Trapezoidal</li> <li>• DC Bi-phasic</li> <li>• AC Pulse Bi-phasic</li> <li>• Sertifikat kalibrasi terakreditasi</li> <li>• • Auto-ranged Measurement</li> <li>• 0.1 J to 600 J</li> </ul> <p>► Accuracy (1% of reading + 0.1 J)</p> <p>► Load Resistance</p> <p>► Resistance 50 Ω</p> <p>&gt; Accuracy ±1%, non-inductive (&lt; 2 μH)</p> <p>► Pulse Trigger Level 20 V</p> <p>A. Sertifikat kalibrasi menggunakan laboratorium kalibrasi PT. Sucofindo, kecuali ada pernyataan tertulis dari laboratorium kalibrasi PT. Sucofindo bahwa alat tidak bisa dilakukan kalibrasi</p> <p>B. Garansi 1 tahun, jaminan ketersediaan sparepart 10 tahun dan Training penggunaan alat dan cara kalibrasi alatnya. Hasil uji coba alat harus disahkan oleh Engineer, Kasubag dan Kabag Kaltekes SBU Laboratorium, sebelum alat tersebut diterima di lab kalibrasi</p>	1	Unit

				
4.	ECG Simulator	<p>Brand: Fluke Biomedical                  Type: PS410                  Spesifikasi :                  Model: PS410</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12-lead with independent outputs referenced to RL Normal Rate: 80 BPM</li> <li>Selectable Rates: 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 BPM</li> <li>• Accuracy: +1%</li> <li>• Output Impedance: 940 <math>\Omega</math> between leads</li> </ul> <p>Electrocardiogram Amplitudes: 0.5 mV, 1 mV, and 2 Mv</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Amplitude Accuracy +2% Lead II</li> <li>• High-Level Output: 1000x Lead II</li> <li>• Waveform Types: Adult or Pediatric Electrocardiogram</li> </ul> <p>Waveform</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hardcase</li> <li>• Sertifikat kalibrasi</li> </ul> <p>A. Sertifikat kalibrasi menggunakan laboratorium Sucofindo, kecuali ada pernyataan tertulis dari laboratorium kalibrasi PT. Sucofindo bahwa alat tidak bisa dilakukan kalibrasi</p> <p>B. Garansi 1 tahun, jaminan ketersediaan sparepart 10 tahun dan Training penggunaan alat dan cara kalibrasi alatnya</p> <p>Hasil uji coba alat harus disahkan oleh Engineer, Kasubag dan Kabag Kaltekes SBU Laboratorium, sebelum alat tersebut diterima di lab kalibrasi</p> 	1	Unit

Untuk kelancaran proses pengadaan, kami harapkan perusahaan saudara memenuhi persyaratan berikut:

1. Peserta tender harus sudah memenuhi lampiran wajib pada website e-Procurement SUCOFINDO.
  2. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai dengan kategori barang yang akan di supply.
  3. Batas waktu peserta ikut Pengadaan pada e-Procurement SUCOFINDO adalah sampai dengan hari Selasa, 26 Mei 2026 pukul 15.00 WIB (Note: kirimkan juga NIB yang berlaku).
  4. Peserta tender yang memenuhi persyaratan akan mendapatkan undangan Aanwijzing.
- Hormat kami,

**Ariq Valiandra**

Kepala Bagian Dukungan Bisnis