

TERM OF REFERENCE (TOR) BARANG



No. PR: CBT/PR-26/INV/0504

1. TUJUAN PENGADAAN

Sebagai alat pengukuran kebisingan lingkungan.

Kebutuhan pengadaan untuk kegiatan portofolio Laboratorium **Cabang Medan**.

2. SPESIFIKASI TEKNIS

Nama barang ^{a)}	Sound Level Meter
Merk	RION/HBK
Type	SLM NL-53
Persyaratan tambahan	RION - Class 1 - Instantaneous sound pressure level: Lp - Equivalent continuous sound pressure level: Leq - Sound exposure level: LE - Percentile sound levels: LN (0.1 to 99.9 %, 0.1-increment steps, max. 5 values) - A weighting 25 dB to 138 dB - C weighting 33 dB to 138 dB - Z weighting 38 dB to 138 dB - Frequency range 10 Hz to 20 kHz - Wind screen - Sertifikat Kalibrasi Eksternal Terakreditasi KAN - Alat SLM dikalibrasi di range frekuensi 63 Hz- 16000 Hz
Jumlah	1 Unit

Gambar	
--------	--

TERM OF REFERENCE (TOR) BARANG




No. PR: CBT/PR-26/INV/0504

1. TUJUAN PENGADAAN

Sebagai alat pengukuran kebisingan lingkungan.

Kebutuhan pengadaan untuk kegiatan portofolio Laboratorium **SBU Laboratorium sub bagian AKL (3 unit), Cabang Balikpapan, Cabang Banjarmasin, dan Cabang Makassar.**

2. SPESIFIKASI TEKNIS

Nama barang ^{a)}	Sound Level Meter Integrated + Calibrator
Merk	RION/HBK
Type	SLM NL-53
Persyaratan tambahan	<p>RION</p> <ul style="list-style-type: none">- Class 1- Instantaneous sound pressure level: Lp- Equivalent continuous sound pressure level: Leq- Sound exposure level: LE- Percentile sound levels: LN (0.1 to 99.9 %, 0.1-increment steps, max. 5 values)- A weighting 25 dB to 138 dB- C weighting 33 dB to 138 dB- Z weighting 38 dB to 138 dB- Frequency range 10 Hz to 20 kHz- Wind screen- Include Calibrator sound pressure level : 94 dB- Sertifikat Kalibrasi Eksternal Terakreditasi KAN- Alat SLM dikalibrasi di range frekuensi 63 Hz- 16000 Hz
Gambar	
Jumlah	6 Unit

TERM OF REFERENCE (TOR) BARANG




No. PR: CBT/PR-26/INV/0504

1. TUJUAN PENGADAAN

Sebagai alat pengukuran kebisingan lingkungan.

Kebutuhan pengadaan untuk kegiatan portofolio Laboratorium **Cabang Denpasar (2 unit), Cabang Banjarmasin, Cabang Batu Licin, dan Cabang Pontianak (2 unit).**

2. SPESIFIKASI TEKNIS

Nama barang ^{a)}	Sound Level Meter Integrated NL 53
Merk	RION/HBK
Type	SLM NL-53
Persyaratan tambahan	<ul style="list-style-type: none">- RION- Class 1- Instantaneous sound pressure level: Lp- Equivalent continuous sound pressure level: Leq- Sound exposure level: LE- Percentile sound levels: LN (0.1 to 99.9 %, 0.1-increment steps, max. 5 values)- A weighting 25 dB to 138 dB- C weighting 33 dB to 138 dB- Z weighting 38 dB to 138 dB- Frequency range 10 Hz to 20 kHz- Wind screen- Sertifikat Kalibrasi Eksternal Terakreditasi KAN- Alat SLM dikalibrasi di range frekuensi 63 Hz- 16000 Hz
Gambar	 A photograph of the RION/HBK SLM NL-53 sound level meter. It is a blue, handheld device with a black microphone at the top and a color LCD screen in the center. The screen displays a blue background with white text showing a reading of "53.0".
Jumlah	6 Unit

. SYARAT-SYARAT UMUM BAGI PENYEDIA EKSTERNAL *)**

.1 Keagenan

Penyedia Eksternal merupakan distributor/dealer/agen yang ditunjuk resmi oleh pabrik atau pemegang hak cipta untuk pemasaran di Indonesia yang dibuktikan dengan surat resmi penunjukan dari distributor tunggal.

.2 Pengalaman Implementasi

Penyedia Eksternal berpengalaman dalam instalasi dan implementasi dengan melampirkan referensi-referensi dari perusahaan lain yang menggunakan alat tersebut.

.3 Pelayanan Purna Jual/ Maintenance

Penyedia Eksternal harus memberikan garansi selama 12 bulan/1 tahun sejak dibuatnya Berita Acara Uji Coba.

Yang dimaksud dengan garansi adalah:

- Garansi suku cadang selama 12 bulan/1 tahun dan service selama 12 bulan/1 tahun;
- Tersedianya suku cadang;
- Tersedianya teknisi yang berpengalaman dan tercatat sebagai pegawai tetap, untuk perbaikan alat dan sanggup datang segera jika diperlukan;
- Selama masa garansi bila perbaikan-perbaikan dilakukan diluar SUCOFINDO dalam jangka waktu yang cukup lama, maka pemasok berkewajiban untuk meminjamkan peralatan pengganti, supaya operasional SUCOFINDO tidak terganggu.